

尿検査項目基準値一覧

	項目	測定機器	測定法	基準値
尿定性	色調	AX-4030	透過光測定法	淡黄
	混濁		散乱光測定法	(-)
	亜硝酸塩		試験紙法	(-)
	比重		反射型屈折率法	1.005~1.030
	pH		試験紙法	4.5~7.5
	蛋白定性		試験紙法	(-)
	糖定性		試験紙法	(-)
	ケトン体		試験紙法	(-)
	ウビリノーゲン		試験紙法	(±)
	ビリルビン		試験紙法	(-)
	潜血		試験紙法	(-)
	白血球		試験紙法	(-)
尿定量	蛋白定量	日立 7010 (比色計)	ビロカロールレット法	0.0~20.0mg/dl
	糖定量	DM-JACK	ヘキソナーゼ比色法	0.00~0.02g/dl

尿沈渣成績の記載法

検査項目	記載法	検査項目	記号	判定基準
赤血球	1 個未満/HPF	結晶・塩類 (400 倍=HPF)	-	0
白血球	1~4 個/HPF		1+	1~4 個/HPF
上皮細胞	5~9 個/HPF		2+	5~9 個/HPF
強拡大視野 (400 倍=HPF)	10~19 個/HPF		3+	10 個以上/HPF
	20~29 個/HPF	細菌・真菌	-	0
	30~49 個/HPF		±	数視野に散在
	50~99 個/HPF		1+	各視野に見られる
	100 個以上 /HPF		2+	多数あるいは集塊状に 散在
円柱類	1~4 個/WF		3+	無数
弱拡大視野 (100 倍=LPF)	5~9 個/WF	原虫	-	0
WF=全視野	10~19 個/WF		1+	1 個/WF~4 個/HPF
	20~29 個/WF		2+	5~9 個/HPF
	30~49 個/WF		3+	10 個以上/HPF
	50~99 個/WF			