

一般検査項目基準値一覧

◆尿検査

	項目	測定機器	測定法	基準値
尿定性	色調	AX-4061	透過光測定法	淡黄
	混濁		散乱光測定法	(-)
	亜硝酸塩		試験紙法	(-)
	比重		反射型屈折率法	1.005~1.030
	pH		試験紙法	4.5~7.5
	蛋白定性		試験紙法	(-)
	糖定性		試験紙法	(-)
	ケトン体		試験紙法	(-)
	ウロビリノーケン		試験紙法	(±)
	ビリルビン		試験紙法	(-)
	潜血		試験紙法	(-)
	白血球		試験紙法	(-)
尿定量	蛋白定量	Alinity	ピロガロールレット法	0~20 mg /dL
	糖定量		ヘキソキナーゼ比色法	0~100mg /dL

◆尿沈渣成績の記載法

検査項目	記載法
HPF:強拡大視野 (400倍)で観察	赤血球 1個未満 /HPF
	白血球 1~4 個 /HPF
	上皮細胞 5~9 個 /HPF
	10~19 個 /HPF
	20~29 個 /HPF
	30~49 個 /HPF
	50~99 個 /HPF
WF:全ての視野 で観察	100 個以上 /HPF
	円柱類 1~4 個 /WF
	5~9 個 /WF
	10~19 個 /WF
	20~29 個 /WF
	30~49 個 /WF
	50~99 個 /WF

検査項目	記号	判定基準
結晶・塩類 (400倍=HPF)	-	0
	1+	1~4 個 /HPF
	2+	5~9 個 /HPF
	3+	10 個以上 /HPF
細菌・真菌	-	0
	±	数視野に散在
	1+	各視野に見られる
	2+	多数又は集塊状に散在
	3+	無数
原虫 (400倍=HPF)	-	0
	1+	1 個 /WF~4 個/HPF
	2+	5~9 個 /HPF
	3+	10 個以上 /HPF